**2006年6月 6日(第4版)
*2006年2月16日(第3版)
医療機器許可番号 12B1X00004

機械器具9 医療用エックス線装置及び医療用エックス線装置用エックス線管
循環器X線診断装置用電動式患者台 40660000
一般医療機器・特定保守管理医療機器・設置管理医療機器

循環器用X線撮影台 T-AL-10

【形状・構造及び原理等】

1) 構成 *

本装置は、以下のユニットにより構成される。

① カテテーブル

本装置は、以下のユニットと組み合わせて使用する。*

標準組み合わせユニット

② 制御ユニット
（天井走行式Cアーム形保持装置 SX-VA3000に含まれる。）

③ 操作器
（天井走行式Cアーム形保持装置 SX-VA3000に含まれる。）

詳細は、装置付属の取扱説明書「第2章」を参照すること。

2) 各部の名称

本装置及びユニットの各部の名称を以下に示す。



3) 電気的定格

(1)	定格電圧	三相交流200/208/240V±10%
(2)	周波数	50/60Hz
(3)	電源入力	1kVA
(4)	保護の形式	クラスⅠ
(5)	保護の程度	B形

4) 本体寸法及び質量

寸法(mm)	幅 760、高さ 780、奥行 3100
質量	約 480kg

5) 原理

本装置の動作は、手動又は三相交流モーター、交流サーボモーターによって駆動される。

詳細は、装置付属の取扱説明書「第3章」を参照すること。

【使用目的、効能又は効果】

本装置は、片持ち支持構造の循環器X線診断用のカテテーブルである。X線吸収の少ないカーボンファイバープラスチック製天板を採用し、頭部から下肢までの広範囲を対象としたX線血管造影検査に対応できる。

【品目仕様等】

詳細は、装置付属の取扱説明書「第1章」、「第8章」を参照すること。

【操作方法又は使用方法等】

設置方法

1) 設置上の注意

次に示すような場所には設置しないこと。

① 周囲温度が＋5℃未満又は＋40℃を超える場所
② 気圧が700hPa未満又は1,060hPaを超える場所
③ 有害なガスにさらされる場所
④ 過度に湿度の高い場所
⑤ 湯気にさらされる場所
⑥ 水滴がかかる場所
⑦ ほこり又は砂ぼこりの多い場所
⑧ 過度に油蒸気の多い場所
⑨ 塩分を含んだ空気にさらされる場所
⑩ 爆発性のガス又は ほこりがある場所
⑪ 過度の振動又は衝撃を受ける場所
⑫ 電源の電圧が異常に変動する場所
⑬ 直射日光にさらされる場所

使用方法

1) 使用環境条件

周辺温度	：＋5～＋40℃
相対湿度	：30～85%（結露、氷結のないこと）

2) 操作方法

操作方法の概要を次に示す。

(1) 装置および装置周辺に異常がないか、装置の動作に支障となる障害物がないかを確認する。
(2) 本装置及び検査に必要な他の装置の電源を投入する。
(3) 被検者の位置、X線照射アングル、X線管焦点～映像装置間距離、I.I.視野サイズ、X線照射野、補償フィルタ位置、透視線量モードなどを最適値に設定し、フットスイッチ又は操作卓上の押ボタンスイッチを押して透視/撮影を行う。
(4) 本装置及び検査に使用した他の装置の電源を遮断する。
(5) 本装置及び使用した他の装置に、被検者の血液や造影剤等が付着している場合は、それらを拭き取り、必要があれば消毒を行う。

詳細は、装置付属の取扱説明書「第3章」、「第4章」を参照すること。

【使用上の注意】

禁忌・禁止

(1) 本装置は防爆型ではないので、装置の近くで可燃性及び爆発性の気体を使用しないこと。
(2) 被検者自身の状態によって、被検者本人を危険な状態にすると判断される場合は、検査又は治療を本装置で行わないこと。
(3) 天板の許容被検者質量200kgを超えないようにすること。
(4) 本装置に弊社が指定した以外の装置を接続しないこと。

重要な基本的注意

(1) 検査を開始する前に装置に異常がないこと、構成品や附属品が確実に固定されていることを確認すること。（握り、腕受け等）
(2) 検査の前に被検者の位置、状態をよく確認すること。
(3) 被検者のX線被ばく低減のため、透視時間を最小限に抑えて使用すること。
(4) 天板を移動するときは、被検者の手、足、指が挟まれないよう注意すること。
(5) 検査中は、被検者の状態と表示器を必ず監視すること。
(6) 定められた被ばく安全措置を厳重に守り、撮影室内ではJISに規定する防護衣を必ず着用すること。
(7) 装置動作に関して緊急停止の必要がある場合は、緊急停止スイッチを押して動作を停止させること。

取扱説明書を必ずご参照ください。

Q0J-CA0839-4

(8) 本装置に異常が生じた場合は、直ちに電源を遮断して使用を中止し、弊社サービス部門に連絡すること。

相互作用

本装置の近くでは、「携帯電話」「トランシーバ」「携帯無線」「ラジコンのおもちゃ」等、電波を発生する機器は絶対に使用しないこと。また、使用しないで持ち歩く場合にも、必ず電源はOFF(切る)すること。機器が発生する電波によって装置が誤動作したり、画像に悪影響が出たりする場合がある。

高齢者への適応

高齢のため握力等、体力に問題がある場合は、介助者を付ける等して検査に臨むこと。

妊婦・産婦、授乳婦及び小児等への適用

(1) 妊婦、妊娠の疑いのある者及び授乳中の者へ使用する場合は、医師の指示のもとで慎重に行うこと。
(2) 小児の検査の場合は介助者を付けること。

その他の注意

本装置を破棄する場合は、産業廃棄物となります。必ず地方自治体の条例・規則に従い、許可を得た産業廃棄物処理業者に破棄を依頼すること。

詳細は、装置付属の安全事項説明書及び取扱説明書を参照すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

貯蔵・保管方法

1) 保管条件

周辺温度	:−5〜+45℃
相対湿度	:20〜90%(結露、氷結のないこと)
気圧	:700〜1,060hPa

有効期間・使用の期限

1) 使用耐用年数〔自己認証(当社データ)による〕
10年:指定された保守点検を実施した場合
(ただし、使用状態により差異があるため、個別に定める場合はこれを優先する。)

2) 定期交換部品
詳細は、「天井走行式Cアーム形保持装置 SX-VA3000」の取扱説明書を参照すること。

【保守点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

1) 始業点検
(1) 装置の周囲を見て、ねじ類のゆるみ、ケーブル類の異常がないことを確認すること。
(2) 装置の動作範囲内に、装置に当たる障害物がないことを確認すること。
(3) 握り、腕受け、天板マットレス等が確実に固定されていることを確認すること。また、握り、腕受け等、被検者の触れる部分に傷、打痕等によるバリ等が無いことを確認すること。バリ等が発生している場合は、弊社サービス部門に連絡すること。
(4) 装置が汚損されていないことを確認すること。特に、天板、X線可動絞りの前面(アクリル板)等にバリウムやごみ等が付着していたり、キズがついたりしていないか点検すること。

2) 終業点検
(1) カテテーブルの各動作の位置が、次の使用の際に都合の良い位置に設定されていることを確認すること。
(2) 操作器の各スイッチがOFF又は中立位置にあることを確認すること。
(3) 装置に付着した造影剤や血液等を拭き取ること。

詳細は、装置付属の取扱説明書の「第9章」を参照すること。

業者による保守点検事項

保守点検では装置の保守のための点検や整備、部品交換等を行う。使用者及び被検者の安全確保と装置の性能維持のため、1年を超えない一定期間ごとに定期点検を行うこと。

詳細は、装置付属の取扱説明書「第9章」を参照すること。

****【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】**

製造販売業者	株式会社 日立メディコ
住所	千葉県柏市新十余二2番地1
連絡先	(04)7131-4151(代表)
製造業者	株式会社 日立メディコ